



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

Iktatószám: NNGYK/10263-19/2024

MIKROBIOLÓGIAI JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLAT 2024/I.
STERILIZÁTOROK ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ BIOINDIKÁTOROK VISSZATENYÉSZTÉSE

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

1. A spórapreparátumok laboratóriumi feldolgozásának értékelése

- Autokláv (LOT: S-549); Hőlég (LOT: BATR-486); Plazma /H₂O₂ (LOT: H-234)
10-10-10 db spórapreparátumok helyes visszatenyésztése esetén elérhető össz. pontszám: **30 pont**

Helyes visszatenyésztésnek tekinthető, amennyiben a laboratórium az „eredményközlő” dokumentumon az adott biológiai indikátor eredményéül az „elvárt eredmények” dokumentumban szereplő eredménnyel megegyező eredményt kapott.

Levonható hibapontok:

- Abban az esetben, ha a laboratórium téves eredményközlésre jut bármely sorozat esetében, úgy sorozatonként: **1 (egy) hibapont** vonható le.

ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS

Sorozat jelölése	Társított pontérték	Maximálisan elérhető pontszám	A laboratórium teljesítménye
Autokláv	10 pont	30 pont	30 pont (100%)
Hőlégsterilizáló	10 pont		
Plazma / H ₂ O ₂	10 pont		
Értékelés			
Értékelési osztályok	Társított pontérték	%	Megjegyzés
Kiváló	30 pont	100 %	-
Jó	29 pont	97 %	-
Megfelelő	27 pont	90 %	Javasolt a tevékenység felülvizsgálata.
Nem felelt meg	elért pontszám <27 pont	< 90,0 %	Javasolt a tevékenység felülvizsgálata.

Budapest, 2024. április „15.”

Heck Róbert Roland
témafelelős
BMPLO



dr. Damjanova Ivelina Borisova
osztályvezető
BMPLO