

OENO:	31561
Protokoll (OENO megnevezés):	Dittmar felvétel
Indikáció:	Az ágyéki csigolyák íveinek, kisízületeinek és nyúlványainak vizsgálata, azok állapotának megítélése.
Blende határok:	Felső széle a processus xyphoideus, alsó széle a csípőtaréj alatt tenyérrel, oldalsó széle a gerinc mindkét oldalán 3-3 h ujjal.
Anatómiai képletek:	csigolyatestek, ízületi rések, kisízületek.
Képméret:	20×40 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	Merőleges az L. III. csigolyára.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg félig hanyatt fekszik az asztalon. Feje alá párnát helyezünk. 35-45 fokban elfordítjuk a testét azon oldal felé, amelyiket vizsgáljuk, a felemelt váll és csípő alá támasztékot teszünk. Majd a másik oldalára fordul és arról is készítünk egy felvételt. A kazetta közepe az L.III.-as szintjében van. A kazetta közepe a SIAS-tól 5 cm-rel medialisan legyen. Félig hason fekvő helyzetben is elkészíthető.
Felvételi követelmény:	Helyes beállítás esetén az ívek és nyúlványok egymásra vetülése vetülete jellegzetes „kutyaszerű” alakzatot vesz fel. <ul style="list-style-type: none"> - Orra: vizsgálandó oldali processus transversus - Szeme: pediculus (ívek eredése) - Füle: felső ízületi nyúlvány (processus articularis superior) - Elülső láb: alsó ízületi nyúlvány (processus articularis inferior) - Hátsó láb: processus spinosus és az ellenoldali processus articularis inferior - Teste: arcus vertebrae azonos oldali szakasza - Farka: az ellenoldali processus articularis superior
Megjegyzés:	Gonádvédelem, oldaljelzés.