

OENO:	31602
Protokoll (OENO megnevezés):	Acromio-clavicularis ízületi felvétel
Indikáció:	Az ízület állapotának megítélése, luxatio, subluxatio igazolása.
Blende határok:	Felső szél a váll fölé 1 h. ujjal, oldalsó széle a lágyrészhatarok, alsó széle a clavícula alá 2 harántujjal ér túl.
Anatómiai képletek:	acromioclavicularis ízület
Képméret:	18 × 24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	AC ízület, horizontális fősugár
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg állapotának megfelelően a felvételt készíthetjük fekvő, ülő vagy álló testhelyzetben. A beteg a felvételi állványnak háttal áll, az AC ízület az állvány középvonalában, 10-15 fokkal a kóros oldal felé fordul, hátát megtámasztja.
Felvételi követelmény:	Az AC ízület, elfordulás nélkül ábrázolódik.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.