

<b>OENO:</b>	<b>31823</b>
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	<b>Alagút betekintő felvétel</b>
<b>Indikáció:</b>	
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	fossa intercondylaris, eminentia intercondylaris tibiae, térdízület
<b>Képméret:</b>	18x24 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	merőleges a lábszárra
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A beteg hanyatt fekszik. Térdét felhúzza, hogy a femur és a lábszár kb. 120 fokos szöveget képezzen. A patella alsó részére centrálunk. A kazetta a térd alatt van (rács nélkül). Hason fekvő helyzetben a térdet behajlítjuk úgy, hogy a lábszár az asztal síkjával 40 fokos szöveget zárjon be. A kazetta hossz tengelye egybeesik a térd hossz tengelyével. CS 40 fokban cranio-caudal felé irányul és a térd hátsó felszínére esik. Ezt a beállítást traumás esetben nem alkalmazzuk!
<b>Felvételi követelmény:</b>	A fossa intercondylaris a patella bevetülése nélkül ábrázolódjék. Az eminentia intercondylaris tibiae látszódjon. A térdízületi részbe be lehessen tekinteni, és az ízület elfordulás nélkül legyen látható.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.