

OENO:	31933
Protokoll (OENO megnevezés):	Emlőfelvétel, tangenciális
Indikáció:	részletesen az irodalmi hivatkozásban
Blende határok:	részletesen az irodalmi hivatkozásban
Anatómiai képletek:	részletesen az irodalmi hivatkozásban
Képméret:	18x24/24x30 cm
FFT:	részletesen az irodalmi hivatkozásban
Centrális sugár:	automatikus,
Beállítás (beteg elhelyezése):	Részletesen az irodalmi hivatkozásban. Általában egy kisebb méretű spot kompressziós tálcát használunk, és a beteget ugyanabba a pozícióba helyezzük, mint amin a meszesedés felfedezhető volt. Csak az érintett területről készül felvétel, de az expozíció végén ne engedjük fel a kompressziót. Lokalizáljuk az elváltozás helyét a lokalizáló rács segítségével, majd az elváltozás helyére tegyünk egy fémjelzést (gemkapocs), engedjük fel a kompressziót. Majd képzeletben húzzunk egy vonalat az emlőbimbótól a fémjelzésig és ennek a vonalnak megfelelően állítsuk be a csődöntés szögét, majd készítsünk még egy felvételt. Ha ez sem vezet eredményre, akkor a beállítás tükörképének megfelelő szögből is készítsünk egy felvételt.
Felvételi követelmény:	A felvételek készítését addig folytatjuk, amíg a meszesedés el nem éri a subcutist, vagy amíg el nem kezd újra távolodni a bőrtől.
Megjegyzés:	Részletesen az irodalmi hivatkozásban.

Irodalom:

1. Szerk.: dr. Forrai Gábor Ph.D. EMLŐDIAGNOSZTIKAI ASSZISZTENSEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE. Emlőszűrés, komplex emlődiagnosztika, mammográfia, emlő ultrahang, MRI és intervenciók. Oktatási tananyag az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projektben fejlesztett továbbképzéshez. 2017.